

ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DEL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PEL SUBMINISTRAMENT D'UNA ESTERILITZADORA A VAPOR

En data 26 de gener de 2016, l'òrgan de contractació del Consorci Sanitari del Garraf va emetre una resolució conforme es donava per aprovat l'expedient de contractació per procediment negociat CP 2016-01 (pn) pel subministrament d'una esterilitzadora a vapor pel Consorci Sanitari del Garraf.

El termini per a que els licitadors presentin les propostes expira el proper dia 19 de febrer de 2016.

El Consorci Sanitari del Garraf vetlla perquè els subministraments compleixin els requisits tècnics necessaris per garantir la seva qualitat, funcionalitat, i durabilitat en el temps.

El Plec de Característiques Tècniques publicat en data 28 de gener de 2016, no reflecteix una característica mínima que ha de disposar la màquina a subministrar.


És en aquest sentit, i segons les indicacions de la supervisora de quiròfan, es considera convenient realitzar les modificacions necessàries per incloure aquesta particularitat al Plec de Clàusules Tècniques.

Degut a tot el que s'ha exposat, s'acorda:

PRIMER. Modificar el Plec de Clàusules Tècniques que regeixen la licitació del contracte de subministrament d'una esterilitzadora a vapor.

- Modificació de *l'Annex I – Característiques Mínimes Tècniques* del Plec de Característiques Tècniques que resta amb aquest contingut:

La incorporació realitzada s'ha remarcat en color verd.



ACORD DE MODIFICACIÓ PCT
CP 2016-01 (pn)
SUBMINISTRAMENT
D'UNA ESTERILITZADORA A VAPOR

CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNiques

	Manual i Pàgina
Característiques tècniques de l'aparell	
• Mida màxima: 210cm alt x 138cm ample x 106cm fons	
• Volum útil entre 80 litres i 120 litres	
• Potència màxima disponible: 30 KW	
• Ha de disposar dels següents programes: test de buit, test de Bowie&Dick, estàndard a 121°C, ràpid a 134°C, estàndard a 134°C, contenidors a 134°C, especial P a 134°C	
• Impresora de procés incorporada	
• Guies laterals i estant interior	
• Porta manual lliscant vertical	
• Plafons laterals d'acer inoxidable	
• Generador de vapor amb aigües separades	
• Compresor d'aire	
• Memòria dels últims 50 cicles	
• Pantalla amb selecció d'idioma que inclogui com a mínim el català o el castellà	
• Dues portes, una a cada lateral de la màquina	
Altres (aspectes subjectes a negociació)	
• Garantia d'un any de l'esterilitzadora	certificat de compromís
• Disposar de centre d'atenció telefònica de 8.00h. a 20.00 hores tots els dies laborables	certificat de compromís
• Temps de resposta del servei tècnic menor a 12 hores en cas de parada i menor a 24 hores en la resta.	certificat de compromís
• Dues revisions anuals de la màquina	certificat de compromís
• Incloure 2 jocs de 2 cistelles de la màxima capacitat de la cambra	certificat de compromís

Indicar nom del manual i número de pàgina on es troba l'especificació tècnica demanada:

SEGON. Tot el que no afecta aquest Acord de modificació, roman plenament vigent el Plec de Característiques Tècniques aprovat i publicat en data 28 de gener de 2016.

TERCER. Establir nova data de presentació de les propostes per a la licitació del subministrament d'una esterilitzadora a vapor a les **15:00 hores del 26 de febrer de 2016.**

El que signo als efectes oportuns,



CONSORCI SANITARI
Garraf

Josep Lluís Ibañez Pardos
Gerent

Sant Pere de Ribes a 8 de febrer de 2016.